



Centro n° 147:

SBP BILANCE s.n.c.

Via Comina, 3

33080 S. QUIRINO (PN) - ITALIA

**Telefono** +39 0434 55 34 51

**Telefax** +39 0434 36 20 81

**E-mail** info@sbpbilance.it

**URL** <http://www.sbpbilance.it>

-

-

Responsabile:

sig. Giuseppe Blandino

Sostituto:

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*)	Note
Massa	Campioni di massa e pesi	0,001 g	$1,7 \cdot 10^{-3}$	
		0,002 g	$1,0 \cdot 10^{-3}$	
		0,005 g	$4,0 \cdot 10^{-4}$	
		0,01 g	$2,4 \cdot 10^{-4}$	
		0,02 g	$1,2 \cdot 10^{-4}$	
		0,05 g	$5,3 \cdot 10^{-5}$	
		0,1 g	$3,1 \cdot 10^{-5}$	
		0,2 g	$1,6 \cdot 10^{-5}$	
		0,5 g	$7,4 \cdot 10^{-6}$	
		1 g	$3,9 \cdot 10^{-6}$	
		2 g	$2,3 \cdot 10^{-6}$	
		5 g	$1,0 \cdot 10^{-6}$	
		10 g	$6,6 \cdot 10^{-7}$	
		20 g	$4,9 \cdot 10^{-7}$	
		50 g	$6,0 \cdot 10^{-7}$	
		100 g	$8,6 \cdot 10^{-7}$	
		200 g	$4,5 \cdot 10^{-7}$	
		500 g	$2,0 \cdot 10^{-6}$	
		1 000 g	$3,2 \cdot 10^{-7}$	
		2 000 g	$2,0 \cdot 10^{-7}$	
5 000 g	$3,8 \cdot 10^{-7}$			
10 000 g	$8,7 \cdot 10^{-7}$			
20 000 g	$2,0 \cdot 10^{-6}$			
50 kg	$2,4 \cdot 10^{-6}$			
100 kg	$2,1 \cdot 10^{-5}$			
200 kg	$1,1 \cdot 10^{-5}$			
1000 kg	$1,5 \cdot 10^{-5}$			

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%.

## Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*) (**)	Note
Massa	Bilance	da 1 g a 9 g	$1,0 \cdot 10^{-6}$	
		da 10 g a 99 g	$5,0 \cdot 10^{-7}$	
		da 100 g a 999 g	$4,5 \cdot 10^{-7}$	
		da 1 kg a 99 kg	$2,0 \cdot 10^{-7}$	
		da 100 kg a 999 kg	$2,0 \cdot 10^{-6}$	
		da 1000 kg a 100000 kg	$7,2 \cdot 10^{-6}$	

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%.

(\*\*) All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a 0,29 uf (unità di formato).